

## **EG Konformitätserklärung**

nach der Medizinprodukte-Verordnung  
MDR (EU) 2017/745 und der PSA- Verordnung  
(EU) 2016/425

Wir,

**BINGOLD GmbH + Co. KG**  
**Lademannbogen 65**  
**22339 Hamburg**  
**Deutschland**

**SRN: DE MF 000016561**

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produktgruppen bzw. Produkte:

**BINGOLD Vinyl 45PLUS, transparent, S - XL, Artikelnummer: 604635 - 604638**

**Basis-UDI-DI: 4004034VPF45LJ**

**UDI-DI Dispenser:**

**S: 4004034646353**

**M: 4004034646360**

**L: 4004034646377**

**XL: 4004034646384**

mit dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang IV der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und mit den harmonisierten Normen

- EN 455-1:2000
- EN 455-2:2015
- EN 455-3:2015
- EN 455-4:2009

übereinstimmt.

Die Produkte werden der Klasse I, gemäß Regel 1 und 5 Anhang VIII der o. g. Verordnung, zugeordnet.

Wir erklären weiterhin, dass das genannte Produkt übereinstimmt mit dem Konformitätsbewertungsverfahren nach der Verordnung (EU) 2016/425 und mit den harmonisierten Normen

- EN 420:2003+A1:2009
- EN ISO 374-1:2016+ A1:2018/Typ C
- EN 374-4:2013
- EN ISO 374-5:2016
- EN 16523-1:2015

Bei diesem Produkt handelt es sich um PSA der Kategorie III nach Anhang I der Verordnung (EU) 2016/425. Diese ist identisch mit der PSA, die Gegenstand der EU Baumusterprüfbescheinigung Nr. CE 716122, ausgestellt von der notifizierten Stelle BSI Group The Netherlands B.V., Kennnummer: 2797, war. Diese unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2 der Verordnung (EU) 2016/425 der Kontrolle durch die notifizierte Stelle BSI Group The Netherlands B.V., Kennnummer: 2797.

Dieses Dokument ist gültig bis zum 20.11.2024.

Hamburg, 04.11.2022



i.A. Sarah Guntrum  
QM-Beauftragte/Qualitätssicherung/PRRC